


ここからハサミでお切りください。



1. アルミパックを点線に沿ってハサミで切り取る。



2. 不織布を取り出し、内側からふた中央の取り出し口に差し込む。



3. ふたの四隅をしっかりと閉じてから、不織布を取り出す。

製造番号

使用期限

2014年1月改訂

第3類医薬品

消毒用ワイパー

消エタ スワビング

76.9～81.4vol%エタノール含浸不織布


【効能・効果】
手指・皮膚の消毒
医療機器の消毒

火気厳禁



目の周囲および
粘膜、創傷面には
使用しないこと

15cm×30cm 300枚



ヨシダ製薬

製造販売元
吉田製薬株式会社
埼玉県狭山市南入曽951

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) 損傷のある皮膚。
- (2) 目の周囲、粘膜等。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

その他の注意

本剤の使用によりアレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがある

【成分】

1袋中

日本薬局方エタノール 2241mL
不織布 540g(15cm×30cm 300枚)
(76.9～81.4vol%エタノール2700mLを含む)

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】

そのまま塗擦、清浄用として用いる
(用法・用量に関連する注意)

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
2. 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
3. 外用にのみ使用すること。
4. 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。
5. 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
6. アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療器具等を清拭する際は血清膿汁等を十分に洗い落としから使用すること。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
4. 火気に近づけないこと。
5. 使用後はトイレに流さないで、衛生的に処理すること。
6. 開封後はすみやかに使用すること。
7. アルコール又は他の薬剤を注入して使用しないこと。また、脱脂綿等を継ぎ足して使用しないこと。

お問い合わせ先
吉田製薬株式会社 お客様相談室
東京都中野区中央5-1-10
TEL.03-3381-2004
受付時間9:00～17:00
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)



PE、金属