

患者向医薬品ガイド

2025年2月更新

エタネルセプト BS 皮下注 10mg シリンジ 1.0mL 「日医工」
エタネルセプト BS 皮下注 25mg シリンジ 0.5mL 「日医工」
エタネルセプト BS 皮下注 50mg シリンジ 1.0mL 「日医工」

【この薬は？】

販売名	エタネルセプト BS 皮下注 10mg シリンジ 1.0mL 「日医工」 Etanercept BS 10mg Syringe 1.0mL for S.C. Injection	エタネルセプト BS 皮下注 25mg シリンジ 0.5mL 「日医工」 Etanercept BS 25mg Syringe 0.5mL for S.C. Injection	エタネルセプト BS 皮下注 50mg シリンジ 1.0mL 「日医工」 Etanercept BS 50mg Syringe 1.0mL for S.C. Injection
一般名	エタネルセプト（遺伝子組換え）[エタネルセプト後続2] Etanercept (Genetical Recombination) [Etanercept Biosimilar 2]		
含有量 (1 シリンジ中)	10mg	25mg	50mg

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、抗リウマチ薬と呼ばれるグループに属する注射薬です。
- ・この薬は、異常に増えている腫瘍（しゅよう）壞死因子（TNF）という炎症や痛みの発現にかかわっている物質に作用し、関節リウマチの症状を改善します。

- ・次の病気の人に処方されます。

[エタネルセプト BS 皮下注 10mg シリンジ 1.0mL 「日医工」]

[エタネルセプト BS 皮下注 25mg シリンジ 0.5mL 「日医工」]

既存治療で効果不十分な下記疾患

○関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）

○多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎

[エタネルセプト BS 皮下注 50mg シリンジ 1.0mL 「日医工」]

既存治療で効果不十分な関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）

- ・この薬は、医療機関において、適切な在宅自己注射教育を受けた患者さんまたは家族の方は、自己注射できます。自己判断で使用を中止したり、量を加減したりせず、医師の指示に従ってください。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○患者さんや家族の方は以下の点について十分理解できるまで説明を受けてください。理解したことが確認されてから使用が開始されます。

- ・この薬を使用することにより、結核、敗血症を含む重篤な感染症および脱髓疾患（だつずいしつかん）（多発性硬化症など）が発生したり悪くなったりすることがあります。
- ・この薬との関連性は明らかではありませんが、悪性腫瘍があらわれたとの報告があります。
- ・この薬は病気を完治させるものではありません。

また、重篤な副作用により、致命的な経過をたどることがありますので、副作用があらわれた場合にはただちに主治医に連絡してください。

○この薬の使用により致死的な感染症（敗血症、真菌感染症を含む日和見感染症など）、結核〔播種性結核（はしゅせいけっかく）および肺外結核を含む〕による死亡例が報告されています。すでに結核に感染している人では結核の症状があらわれたり悪くなったりすることがあるので、使用する前に問診および胸部レントゲン検査に加え、インターフェロン-γ遊離試験またはツベルクリン反応検査、場合によっては胸部CT検査などが行われます。過去に結核にかかったことのある人、または感染が疑われる人は、必要に応じて抗結核薬を使用した上でこの薬を使用します。

○脱髓疾患の人や過去に脱髓疾患であった人には使用できません。また、脱髓疾患が疑われる人や血縁に脱髓疾患になった人がいる人は画像診断などの検査が行われます。

○次のは、この薬を使用することはできません。

- ・敗血症の人またはその可能性がある人
- ・重篤な感染症の人
- ・活動性結核の人
- ・過去にエタネルセプト BS 皮下注「日医工」に含まれる成分で過敏症のあった人
- ・脱髓疾患（多発性硬化症など）の人および過去に脱髓疾患であった人
- ・うつ血性心不全の人

○次の人には、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に告げてください。

- ・感染症にかかっている人または感染症が疑われる人
- ・過去に結核にかかったことのある人または結核にかかったことが疑われる人
- ・感染症にかかりやすい状態にある人
- ・B型肝炎ウイルスキャリアといわれている人、または過去にB型肝炎ウイルスに感染したことがある人（HBs抗原が陰性で、かつHBc抗体またはHBs抗体が陽性の人）
- ・脱髓疾患が疑われるような徴候がある人および血縁に脱髓疾患になった人がいる人
- ・重篤な血液疾患（汎血球減少、再生不良性貧血など）の人または過去に重篤な血液疾患になったことがある人
- ・間質性肺炎になったことがある人
- ・ラテックスで過敏症のあった人またはラテックスで過敏症が疑われる人
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人
- ・授乳中の

○この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

○B型肝炎ウイルスキャリアといわれている人、または過去にB型肝炎ウイルスに感染したことがある人（HBs抗原が陰性で、かつHBc抗体またはHBs抗体が陽性の人）がこの薬を使用すると、B型肝炎ウイルスの再活性化があらわれる可能性があります。このため、この薬を使用する前に血液検査で、B型肝炎ウイルスに感染しているかどうかが確認されます。

【この薬の使い方は？】

この薬は注射薬です。

〔自己注射する場合〕

●使用量および回数

使用量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

〔関節リウマチの場合〕

通常、成人の使用量および回数は、次のとおりです。

一回量	10～25mg	25～50mg
注射回数	1日1回を 3～4日に1回	1日1回を 1週間に1回

[多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎の場合]

通常、小児の使用量および回数は、次のとおりです。

一回量	体重 1kgあたり 0.2~0.4mg*
注射回数	1日1回を3~4日に1回

*ただし、1回量は25mgまでです。

●どのように使用するか？

- ・皮下注射してください。巻末の「自己注射の方法」、自己注射のための小冊子「自己注射手順ガイドブック」もあわせて参考してください。
- ・注射の前には注射器を冷蔵庫から出して室温で15~30分おき、室温に戻しておいてください。室温に戻るまでは、この薬の注射針のキャップをはずさないでください。
- ・注射の前に必ず、注射容器内に異物がないかを確認します。粒や塊があつたり、色がついていたり、にごったりしている場合には使用しないでください。
- ・1回の注射について注射器は1本または2本です。1回に全量を使用し、再使用しないでください。
- ・注射部位反応（紅斑、発赤、疼痛、腫脹、そう痒感）が報告されていますので、注射するたびに注射部位を大腿（だいたい）部、腹部、上腕部などというように順序良く移動して、短期間に同一部位へ繰り返して注射しないようにしてください。新しく注射する部位は、前回の注射部位から少なくとも3cm離してください。
- ・皮膚が敏感なところ、傷があるところ、発赤または硬結（周りより硬くなっている部分）への注射は避けてください。
- ・使用済みの注射器などは医療廃棄物となりますので、その取り扱いには十分注意し、医療機関から指示された方法にしたがって子供の手の届かないところに保管してください。

●使い忘れた場合の対応

- ・決して2回分を一度に使用しないでください。
- ・気がついた時に、1回分を注射してください。
- ・その後は1週間に1回または3~4日に1回となるよう次の注射を行ってください。（ただし、次に使用する時間が近い場合はその回は使用せず、次の指示された時間に1回分を使用してください。）

●多く使用した時（過量使用時）の対応

- ・異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

[医療機関で使用される場合]

使用量、使用回数、使用方法等は、あなたの症状などにあわせて、医師が決め、医療機関において皮下に注射されます。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは?】

- ・この薬は、免疫反応を調整する物質の作用を抑えるので、感染症にかかりやすくなる場合があります。発熱、発熱の持続、体がだるい、喉の痛み、挫傷、蒼白など血液障害や感染症を疑う症状があらわれた場合には、ただちに主治医に相談してください。
- ・過去に結核にかかったことのある人で、結核が疑われるような症状（持続するような咳、発熱など）があらわれた場合には、ただちに医師に連絡してください。
- ・B型肝炎ウイルスキャリアといわれている人、または過去にB型肝炎ウイルスに感染したことがある人は、肝機能検査や肝炎ウイルスマーカーの定期的な検査が行われます。B型肝炎ウイルスの再活性化が起こっていると思われる症状（発熱、体がだるい、皮膚や白眼が黄色くなる、食欲不振など）があらわれた場合には、ただちに医師に連絡してください。
- ・この薬を使用している間は生ワクチン〔麻疹（はしか）、風疹（ふうしん）、おたふくかぜ、水痘（みずぼうそう）、BCG、ポリオ（小児マヒ）など〕の接種はできません。接種の必要がある場合には主治医に相談してください。
- ・注射部位に紅斑、発赤、疼痛、腫脹、そう痒感などの注射部位反応あるいは注射部位出血などがあらわれることがありますので注意してください。
- ・この薬を使用するにあたって、患者さんや家族の方は危険性や対処法について十分理解できるまで説明を受けてください。また、患者さん自身で注射をした時に副作用と思われる症状があらわれた場合や注射を続けられないと感じた場合は使用を中止し医師または薬剤師に相談してください。
- ・一度使用した注射器は再度使用してはいけません。使用済みの注射器の廃棄方法などについて十分理解できるまで説明を受けてください。
- ・この薬で乾癬があらわれたりまたは悪くなったりすることが報告されています。このような場合には医師に相談してください。
- ・妊娠または妊娠している可能性のある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。
- ・妊娠中にこの薬を使用したお母さんから生まれた赤ちゃんが生ワクチン接種を受ける時には、接種の前に医師に相談してください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を使用していることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。

このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
重篤な感染症（敗血症、肺炎（ニューモシスチス肺炎を含む）、真菌感染症等の日和見感染症） じゅうとくなかんせんしょう（はい けつしょう、はいえん（ニューモシスチスはいえんをふくむ）、しんきんかんせんしょうとうのひよりみかんせんしょう）	発熱、寒気、脈が速くなる、体がだるい、咳、痰、息切れ、息苦しい
結核 けっかく	寝汗をかく、体重が減る、体がだるい、微熱、咳が続く
重篤なアレルギー反応 じゅうとくなアレルギーはんのう	全身のかゆみ、じんま疹、喉のかゆみ、ふらつき、動悸、息苦しい
重篤な血液障害 じゅうとくなけつけきしょうがい	発熱、寒気、喉の痛み、鼻血、歯ぐきからの出血、あおあざができる、出血が止まりにくい、頭が重い、動悸、息切れ
脱髓疾患 だつずいしづかん	まひ、顔の異常な感覚、手足の異常な感覚、見えにくい、意識の低下
間質性肺炎 かんしつせいはいえん	咳、息切れ、息苦しい、発熱
抗dsDNA抗体の陽性化を伴うループス様症候群 こうディーエスディーエヌエーこうたいのようせいかをともなうループスようしょうこうぐん	発熱、関節の痛み、むくみ
肝機能障害 かんきのうしようがい	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振
中毒性表皮壊死融解症 (Toxic Epidermal Necrolysis : TEN) ちゅうどくせいひょうひえしゅうかいしよう（テン）	皮膚が広い範囲で赤くなり、破れやすい水ぶくれが多発、発熱、粘膜のただれ
皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson症候群) ひふねんまくがんしょうこうぐん（スティーブンソン・ジョンソン・ショウこうぐん）	発熱、目の充血やただれ、唇や口内のただれ、円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する
多形紅斑 たけいこうはん	円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する、発熱、関節の痛み、喉の痛み

重大な副作用	主な自覚症状
抗好中球細胞質抗体 (ANCA) 陽性血管炎 こうこうちゅうきゅうさいぼうしょくこうたい（エイエヌシーエイ）ようせいいけつかんえん	血尿、鼻水、鼻づまり、咳、喉の痛み、発熱、皮下出血によるあざ、皮膚の潰瘍(皮膚に穴ができた状態)
急性腎障害 きゅうせいじんしょうがい	尿量が減る、むくみ、体がだるい
ネフローゼ症候群 ネフローゼしょうこうぐん	尿量が減る、排尿時の尿の泡立ちが強い、息苦しい、尿が赤みを帯びる、むくみ、体がだるい、体重が増える
心不全 しんふぜん	息苦しい、息切れ、疲れやすい、むくみ、体重が増える

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	発熱、寒気、体がだるい、寝汗をかく、体重が減る、微熱、ふらつき、出血が止まりにくい、まひ、むくみ、疲れやすい、力が入らない、食欲不振、体重が増える
頭部	頭が重い、意識の低下
顔面	鼻血、顔の異常な感覚、鼻水、鼻づまり
眼	見えにくい、目の充血やただれ
口や喉	咳、痰、咳が続く、喉のかゆみ、喉の痛み、歯ぐきからの出血、吐き気、唇や口内のただれ
胸部	息切れ、息苦しい、動悸
手・足	脈が速くなる、手足の異常な感覚、関節の痛み
皮膚	全身のかゆみ、じんま疹、あおあざができる、皮膚が広い範囲で赤くなり、破れやすい水ぶくれが多発、粘膜のただれ、円形の斑の辺縁部にむくみによる環状の隆起を伴ったものが多発する、皮下出血によるあざ、皮膚の潰瘍(皮膚に穴ができた状態)
尿	血尿、尿量が減る、排尿時の尿の泡立ちが強い、尿が赤みを帯びる

【この薬の形は？】

販売名	エタネルセプト BS 皮下注 10mg シリンジ 1.0mL 「日医工」
容器	シリンジ
形状	
性状	無色～淡黄色透明の液

販売名	エタネルセプト BS 皮下注 25mg シリンジ 0.5mL 「日医工」
容器	シリンジ
形状	
性状	無色～淡黄色透明の液

販売名	エタネルセプト BS 皮下注 50mg シリンジ 1.0mL 「日医工」
容器	シリンジ
形状	
性状	無色～淡黄色透明の液

【この薬に含まれているのは？】

販売名	エタネルセプト BS 皮下注 10mg シリンジ 1.0mL 「日医工」	エタネルセプト BS 皮下注 25mg シリンジ 0.5mL 「日医工」	エタネルセプト BS 皮下注 50mg シリンジ 1.0mL 「日医工」
有効成分	エタネルセプト（遺伝子組換え）[エタネルセプト後続 2]		
添加剤	リン酸二水素ナトリウム水和物、クエン酸ナトリウム水和物、グリシン、精製白糖、塩化ナトリウム、塩酸、水酸化ナトリウム		

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・光と凍結を避けて冷蔵庫など（2～8℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

●この薬の廃棄方法は？

- ・使用済みの注射器については、医療機関の指示どおりに廃棄してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。

・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売元：日医工株式会社 (<https://www.nichiiko.co.jp>)

くすりの相談窓口の電話番号 TEL（フリーダイアル）：(0120) 039-215

受付時間：9時～17時（土、日、祝祭日その他当社の休業日を除く）

・エタネルセプト BS 皮下注「日医工」の自己注射のしかたに関するお問い合わせは下記へお問い合わせください。

日医工 24-自己注射ヘルプダイヤル

TEL（フリーダイアル）：(0120) 215-241

受付時間：24時間

・エタネルセプト BS 皮下注「日医工」を正しく理解・使用していただくための自己注射動画サイト

https://www.nichiiko.co.jp/jump/etanercept_movie.php

自己注射の方法

エタネルセプトBS皮下注シリンジ「日医工」について

エタネルセプトBS皮下注シリンジ「日医工」の各パーツの名称と取り扱い注意事項を確認してください。



- 内筒を押すと薬液が出ます。
(注射する時まで絶対に内筒を押したり、引っ張ったりしないでください。)
- 針を刺す際は、つばもとの下の外筒を持ちます。
- 針キャップは、注射の準備ができるまで外さないでください。

注射のために必要なもの

シリンジ用補助具



アルコール綿



※アルコール綿にアレルギーのある方は
代替品を使用する場合があります。

ばんそうこう



(必要に応じて)


セッティングシート(シリンジ用)



廃棄ボックス



治療日誌



補助具の注意事項

- 補助具は繰り返し使用できますが、不具合がある場合は主治医に相談してください。
- エタネルセプトBS皮下注シリンジ「日医工」以外のシリンジには使用しないでください。

注射の準備【シリンジ】

①注射する15~30分前に冷蔵庫からシリンジの箱を取り出し、室温に戻します。


シリンジは箱に入れたまま、室温で平らな場所に置きます。

- ・シリンジを電子レンジや湯せん等で温めないでください。
- ・シリンジを振らないでください。
- ・子供の手の届かないところに置いてください。
- ・置き忘れに注意してください。

箱に記載されている使用期限を確認します。

- ・使用期限が切れたお薬は使用しないでください。

このような場合は主治医もしくは看護師にご連絡ください。



エタネルセプトBS皮下注シリンジ「日医工」には、10mg製剤、25mg製剤と50mg製剤の3種類があります。主治医の指示に従って、間違いがないか確認してください。

②自己注射するための場所を準備します。

明るく平らな場所を選び、十分な明るさを確保します。
置き場所の表面を清潔にします。



③両手を石鹼で十分に洗います。


手洗い後は清潔なタオルなどで水気を十分拭き取ります。



④シリンジをケースから取り出します。

〈シリンジの開封方法〉

1. 外箱からケースを取り出します。
 2. ケースのブリスター包装をはがします。
 3. ケースからシリンジを取り出します。
 4. シリンジ本体を確認します。
- シリンジを誤って落とさないよう注意してください。
落下は破損の原因となります。
 - シリンジが破損していたり、薬液に異物や変色など異常がある場合は、使用せずに主治医もしくは看護師にご連絡ください。




注射する部位

注射する部位は腹部(おなか)、大腿部(太もも)、上腕部です。
注射する部位は主治医の指示にしたがってください。

皮下注射に適した部位


上腕部

※上腕部に注射するときは、
医療機関もしくはご家族の方に注射をお願いしてください。



腹部(おなか)

鼠径、ひざに近い部分は
避けてください




- 患者さんご自身が注射する場合は、腹部(おなか)、大腿部(太もも)に注射してください。
- ご家族の方が注射する場合は、上腕部も可能です。
- 赤くなっていたり、傷があったり、硬くなっているなど皮膚に異常がある場所に注射しないでください。
- 前回注射した部位と違う部位に注射してください。同じ部位に注射する場合には、前回の場所より少なくとも3cm以上離してください。
- 注射した部位を覚えておくために、必ず治療日誌に注射日と注射した場所を記録してください。


注射のしかた【シリンジ】補助具を使用しない場合

関節リウマチの場合

- 1 室温に戻したシリンジとアルコール綿をセッティングシートの上に置きます。




- 2 アルコール綿で注射する部位とその周辺を広めに消毒します。




- 注射するまで消毒した部位に手を触れないよう注意してください。

- 3 針キャップをまっすぐに横に引っ張って外します。



- 内筒を引っ張ったり、押したりしないでください。
- 針キャップを斜めに外さないでください。
(針が曲がることがあります。)
- 針に手や他のものが触れないようにしてください。
- 薬液が1、2滴漏れることがありますが差し支えありません。
- シリンジ内に多少の気泡が残っていても、皮下注射なので差し支えありません。

4 注射針を刺します。




- 消毒した部位の皮膚を
しっかりとつまんで、
注射針を45~60°の
角度で刺します。

5 薬液を注射します。




- シリングをしっかりと持ち、注射針を刺した時と
同じ角度のまま、ゆっくりと内筒を最後まで押し
切ります。

6 注射針を抜いて、アルコール綿で約10秒ほど押さえます。



- 注射針を刺した時と同じ角度のまま、注射針を
皮膚から抜きます。
- 注射部位をもむと腫れことがありますので、
もまないようにしてください。
- 腫れや出血が収まらない場合は、主治医にご連絡
ください。


7 注射終了後、シリングを廃棄します。



- 使い終わったシリングは、分解したり、再利用
せずに、取り扱いに十分注意して、すみやかに
廃棄ボックスに入れます。

若年性突発性関節炎の場合

- 1 室温に戻したシリンジとアルコール綿をセッティングシートの上に置きます。




- 2 アルコール綿で注射する部位とその周辺を広めに消毒します。




●注射するまで消毒した部位に手を触れないよう注意してください。

3 針キャップをまっすぐに横に引っ張って外します。



- 内筒を引っ張ったり、押したりしないでください。
- 針キャップを斜めに外さないでください。(針が曲がることがあります。)
- 針に手や他のものが触れないようにしてください。
- 薬液が1、2滴漏れることがありますがあれ支えありません。
- シリンジ内に多少の気泡が残っていても、皮下注射なので差し支えありません。

4 注射用量を調節します。




- 薬液が注射針の先から出ますので、受け皿を用意してください。
- 注射針を上に向けた状態で、内筒を押し、中の気泡(空気)を抜きながら指示された薬液量になるまで押し続けます。このとき、薬液が手についても問題ありません。薬液が手についていた場合は、水で洗い流してください。
- 薬液量と目盛りの合わせ方
シリンジの目盛りと目の高さを合わせ、内筒の先端のグレーのゴム部分の上部を指示された薬液量の目盛りに合わせてください。

5 注射針を刺します。



- 消毒した部位の皮膚をしっかりとつまんで、注射針を45~60°の角度で刺します。

6 薬液を注射します。




- シリンジをしっかりと持ち、注射針を刺した時と同じ角度のまま、ゆっくりと内筒を最後まで押し切ります。

7 注射針を抜いて、アルコール綿で約10秒ほど押さえます。



- 注射針を刺した時と同じ角度のまま、注射針を皮膚から抜きます。
- 注射部位をもむと腫れことがありますので、もまないようにしてください。
- 腫れや出血が収まらない場合は、主治医にご連絡ください。

8 注射終了後、シリンジを廃棄します。




- 使い終わったシリンジは、分解したり、再利用せずに、取り扱いに十分注意して、すみやかに廃棄ボックスに入れます。

注射のしかた【シリンジ】補助具を使用する場合

関節リウマチの場合


補助具について



この補助具は、正しく安全に自己注射していただくためのサポート器具です。

シリンジを補助具にセットすることで、皮膚に刺した時の注射針の長さが一定になり、皮膚接着面が増えるため安定して注射を行うことができます。

- 1 室温に戻したシリンジと補助具、アルコール綿をセッティングシートの上に置きます。




- 2 アルコール綿で注射する部位とその周辺を広めに消毒します。




- 注射するまで消毒した部位に手を触れないよう注意してください。

3 補助具のレバーを開けます。




- レバーが閉じている場合は、シリンジをセットすることができません。

4 針キャップ付きのシリンジを補助具にセットします。




- 内筒部分を持ってレバー側の溝につばもとを置きます。
- セットする前にシリンジのつばもとを持って外筒を回すと、隙間から薬液が見えるよう調節できます。

5 レバーを矢印方向に閉めると針キャップが外れシリンジが固定されます。



- 両端を上から手で押さえレバーを閉めます。
- 針に手や他のものが触れないようにしてください。
- 薬液が1、2滴漏れることがありますがあれ支えありません。
- シリンジ内に多少の気泡が残っていても、皮下注射なので差し支えありません。

6 注射針をまっすぐ刺します。



- 消毒した部位の皮膚をつまんで、補助具の底面が皮膚に密着するまで、まっすぐ注射針を刺します。

7 薬液を注射します。




または




- 補助具をしっかりと持ち、ゆっくりと内筒を最後まで押し切れます。

8 注射針をまっすぐ抜いて、アルコール綿で約10秒ほど押さえます。




- 注射針を刺した時と同じ角度のまま、注射針を皮膚から抜きます。
- 注射部位をもむと腫れことがありますので、もまないようにしてください。
- 腫れや出血が収まらない場合は、主治医にご連絡ください。

9 補助具のレバーを開けます。




- レバーを開けると、シリンジを取り出すことができます。
- 注射針を指に刺さないよう注意してください。

10 シリンジを補助具から取り出します。



- 取り出したシリンジにキャップしないでください。


11 注射終了後、シリンジを廃棄します。



- 使い終わったシリンジは、分解したり、再利用せずに、取り扱いに十分注意して、すみやかに廃棄ボックスに入れます。

若年性突発性関節炎の場合

補助具について




settatable state

set state

この補助具は、正しく安全に自己注射していただくためのサポート器具です。シリンジを補助具にセットすることで、皮膚に刺した時の注射針の長さが一定になり、皮膚接着面が増えるため安定して注射を行うことができます。

- 1 室温に戻したシリンジと補助具、アルコール綿をセッティングシートの上に置きます。




- 2 アルコール綿で注射する部位とその周辺を広めに消毒します。




●注射するまで消毒した部位に手を触れないよう注意してください。

3 針キャップをまっすぐに横に引っ張って外します。




- 内筒を引っ張ったり、押したりしないでください。
- 針キャップを斜めに外さないでください。(針が曲がることがあります。)
- 針に手や他のものが触れないようにしてください。
- 薬液が1、2滴漏れることがありますが差し支えありません。
- シリンジ内に多少の気泡が残っていても、皮下注射なので差し支えありません。

4 注射用量を調節します。




- 薬液が注射針の先から出ますので、受け皿を用意してください。
- 注射針を上に向けた状態で、内筒を押し、中の気泡(空気)を抜きながら指示された薬液量になるまで押し続けます。このとき、薬液が手についても問題ありません。薬液が手についた場合は、水で洗い流してください。
- 薬液量と目盛りの合わせ方
シリンジの目盛りと目の高さを合わせ、内筒の先端のグレーのゴム部分の上部を指示された薬液量の目盛りに合わせてください。

5 補助具のレバーを開けます。




- レバーが閉じている場合は、シリンジをセットすることができません。

6 シリンジを補助具にセットします。




- 内筒部分を持ってレバー側の溝につばもとを置きます。
- セットする前にシリンジのつばもとを持って外筒を回すと、隙間から薬液が見えるよう調節できます。
- 注射針を指に刺さないように注意してください。

7 レバーを矢印方向に閉めるとシリンジが固定されます。




- 両端を上から手で押さえレバーを閉めます。
- 針に手や他のものが触れないようにしてください。

8 注射針をまっすぐ刺します。



- 消毒した部位の皮膚をつまんで、補助具の底面が皮膚に密着するまで、まっすぐ注射針を刺します。

9 薬液を注射します。




- 補助具をしっかりと持ち、ゆっくりと内筒を最後まで押し切れます。

10 注射針をまっすぐ抜いて、アルコール綿で約10秒ほど押さえます。




- 注射針を刺した時と同じ角度のまま、注射針を皮膚から抜きます。
- 注射部位をもむと腫れがあるので、もまないようにしてください。
- 腫れや出血が収まらない場合は、主治医にご連絡ください。

11 補助具のレバーを開けます。




- レバーを開けると、シリンジを取り出すことができます。
- 注射針を指に刺さないよう注意してください。

12 シリンジを補助具から取り出します。



- 取り出したシリンジにキャップしないでください。

13 注射終了後、シリンジを廃棄します。



- 使い終わったシリンジは、分解したり、再利用せずに、取り扱いに十分注意して、すみやかに廃棄ボックスに入れます。

保管方法と廃棄【シリンジ】

お薬の保管方法

- 医療機関で受け取ったエタネルセプトBS皮下注シリンジ「日医工」は箱ごと必ず冷蔵庫に保管してください。(専用の遮光袋に入れて冷蔵庫に保管してもよいです。)
- 冷凍庫には保管しないでください。
- 凍結の恐れがあるので、チルド室や冷気の吹き出し口の近くに置かないでください。
- 直射日光のある場所に放置しないでください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- ご家族の方にもお薬であることを説明し、ご家族が誤って開封したり、汚したり、捨てたりしないでください。
- 病院からの運搬時や外出時には、保冷バッグを使用してください。



使用済みのシリンジの廃棄

使用済みのシリンジは感染性廃棄物です。

家庭用ゴミとして捨てることはできません。

医療機関から指示された方法で処分してください。



廃棄ボックス

- 使用済みのシリンジは分解したり、再利用せずに、取り扱いに十分注意してください。
- 使用済みのシリンジに針キャップはしないで、すみやかに廃棄ボックスに入れてください。
- 針キャップは家庭用ごみとして廃棄することができます。
- 廃棄ボックスは、お子様の手の届かないところに保管してください。

セッティングシート、補助具が汚れた場合

セッティングシート、補助具が汚れたら、アルコール綿で拭くか、ぬるま湯で洗い、よく乾かしてください。