

【医薬品名】塩酸アミオダロン（注射剤）

【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

[その他の注意] の項を新たに設け、

「国内経口投与において、ペースメーカー使用中の患者で心臓ペースング閾値が上昇したとの報告がある。また、植込み型除細動器（ICD）を使用中の患者で、ICDの治療対象の不整脈が発現したが、本剤の徐拍化作用により不整脈が検出されずICDによる治療が行われなかったとの報告がある。」

を追記する。